



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20200903001

Estado do Ceará
Governo Municipal de Ocara
Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 1

ÓRGÃO : 06 Secretaria de Saude

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo Municipal de Saúde

PROJETO / ATIVIDADE : 2.198 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DO CORONAVIR (COVID-

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA : 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

SUBELEMENTO : 4.4.90.52.08 Apar.equip.utens. med-odont. lab. e hosp

FONTE DE RECURSO : 2290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a aquisição de equipamentos médico e hospitalar destinados ao combate do coronavirus (covid-19), junto a Secretaria de Saúde do Município de Ocara/CE, para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Diante do Novo CoronaVirus, vírus causador da doença COVID19, é altamente contagioso, havendo, até o momento infectado milhões de pessoas ao redor do globo, e matado mais de 850.000 (oitocento e cinquenta mil) pessoas, tendo sido classificada pela Organização Mundial de Saúde - OMS, como pandemia. Assim, como dito anteriormente, embora haja decreto estadual adotando o distanciamento social no Estado, os serviços essenciais, tanto pelos profissionais da área ou ambiente de saúde, como também por demais áreas da administração Pública continuam a funcionar, evitando que a crise da saúde e social que enfrentamos, não se transforme em caos, por isso faz se a contratação para aquisição dos equipamentos objetivando a manutenção das atividades da administração e a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
089124	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PARA TRANSPORTE 8" <i>Especificação: monitor multiparamétrico para transporte 8" - equipado com 4 parâmetros, incluindo ecg, nibp, spo2 e resp.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
089125	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS <i>Especificação: eletrocardiógrafo 12 canais cardiocare 2000 bionet - impressão a4 permite fácil visualização, função cópia permite várias impressões de um único paciente; baixo custo de impressão, função grade permite o uso de papael fax; fácil operação, com apenas uma tela (modo de impressão e modo monitor; aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos; custo-benefício e confiabilidade nem ecg de 12 canais.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
089126	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO <i>Especificação: DEA - desfibrilador externo automatico - instramed - dea isis - pás adulto; operação com apenas um botão; inteligência artificial: diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental; mínimo de 200 choques (200 joules, carga plena, bateria em boa condições); orientação por voz e por indicadores luminosos; utilização horizontal ou vertical; gravação de eventos para posterior análise; conexão com oc via usb; coque bifásico; auto-diagnóstico de funções e bateria; software de conexão, download e gerenciamento de dados via pc; acesso fácil às pás para uso e reposição .</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
003837	ASPIRADOR CIRURGICO <i>Especificação: aspirador cirúrgico evolution 1500 c/fr. 1,5 biv - aspiração de secreções durante procedimentos clínicos, como aspirações cirúrgicas, aspiração de vias aéreas e outras aplicações médicas.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
089127	BOMBA DE INFUSÃO - EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO <i>Especificação: bomba de infusão - equipamento eletromédico; grande precisão na bomba e controle de infusão; fabricado para infusões por via enteral quanto parenteral; produto equipado com alça de transporte; equipado com display de cristal líquido; teclado de membrana de fácil manuseio; sistema de bombeamento peristáltico linear; equipado</i>	1,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20200903001

Estado do Ceará
Governo Municipal de Ocara
Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 2

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>ultrassom; segurança mesmo na utilização de soluções opacas ou equipamentos fotoprotetores; fonte de alimentação acoplada ao suporte de haste.</i>			
089128	MICROSCÓPIO BINOCULAR E 100 LED <i>Especificação: microscópio binocular e 100 led - objetivas plantas acromáticas de 4,10,40 e 100x ocular 10x campo de 18mm bilt automático.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
089129	CENTRÍFUGA DIGITAL 28 TUBOS TELA TOUCH SCREEN <i>Especificação: centrífuga digital 28 tubos tela touch screen - modelo hcl 4 - classe de enquadramentos - classe 1 - baixo risco; tensão - bivolt (com chave seletora) potência - 500w; corrente 7a; frequência - 50/60hz; conectividade; sistema wireless bluetooth; (controle do equipamento através de celular android/ios); capacidade: 28 tubos de 10ml (07 furos em cada porta-tubos); permite a utilização de outros porta-tubos 5x15ml/7x5ml/1x50ml. acompanha 01 conjunto com 4 porta tubos injetado em nylon; rotação programável de 500 a 4.000 rpm (resolução de 100 em 100 rpm); força (g): máxima - 3.200g; fixação: tipo ventosa; ruído máximo em db: < que 58 db; (valor medido a uma distância de um metro do equipamento com um ruído de fundo de 45 db com uma amostragem média avaliada em 05 equipamentos) base na nr15 ; erro máximo de velocidade: -<1%; tempo de centrifugação: programável até 99 minutos; erro máximo de tempo: -<1%; motor : indução trifásico 1,5 cv (sem escovas) rotor (cruzeta: usinado em alumínio.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00

Ocara, 03 de Setembro de 2020

MARIA CREMILDA SOUSA SILVA
RESPONSÁVEL